



APARAT ZA
ODREĐIVANJE
TELESNOG SASTAVA

BF214



OMRON

UPUTSTVO
ZA UPOTREBU

Poštovani korisniče,



Hvala vam što ste kupili ovaj aparat za merenje telesnog sastava. On je dizajniran da meri i prikazuje sledeće parametre telesnog sastava: telesnu masu, telesnu masnoću (u %), skeletne mišiće (u %) i indeks telesne mase (ITM).

Tehnologija četiri senzora daje klinički potvrđene rezultate merenja tela.



Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu da biste dobili više informacija o pojedinačnim funkcijama.

Molimo vas da ovo uputstvo uvek držite pri ruci u slučaju da vam kasnije bude potrebno.





Molimo vas da pažljivo pročitate sve informacije iz odeljka 12 „Napomene o bezbednosti“.

Želimo Vam dobro zdravlje i sve najbolje u budućnosti.


*Sa prijateljskim pozdravima,
PRIZMA, Kragujevac*

Delovi aparata



1.


Početak upotrebe



2.

Podesite jedinice merenja [cm, kg] --> [in, lb]


(da biste ponovo podesili početna podešavanja: izvadite baterije pa ih vratite nazad)



3.




Podešavanje ličnih podataka

(P- = Režim rada „Guest“ (Gost)): podaci neće biti sačuvani / P1 - P4 = Broj ličnog profila).




4.

Analiza telesnog sastava (uvek se merite bosi)




Isključivanje (držite pritisnuto > 3 sek.) /
Automatsko isključivanje ≥ 3 min.




Pregled poslednjih rezultata merenja.

Napomena: Prilikom korišćenja režima rada „guest“ (gost), rezultati merenja se ne čuvaju.



Isključivanje (držite pritisnuto > 3 sek.) /

Automatsko isključivanje ≥ 3 min.



6.

Interpretacija vaših rezultata merenja

Procenat telesne masnoće

	GODINE ŽIVOTA	nizak	normalan	visok	veoma visok
	10	< 16,1%	16,1 - 32,2%	32,3 - 35,2%	≥ 35,3%
	11	< 16,3%	16,3 - 33,1%	33,2 - 36,0%	≥ 36,1%
	12	< 16,4%	16,4 - 33,5%	33,6 - 36,3%	≥ 36,4%
	13	< 16,4%	16,4 - 33,8%	33,9 - 36,5%	≥ 36,6%
	14	< 16,3%	16,3 - 34,0%	34,1 - 36,7%	≥ 36,8%
	15	< 16,1%	16,1 - 34,2%	34,3 - 36,9%	≥ 37,0%
	16	< 15,8%	15,8 - 34,5%	34,6 - 37,1%	≥ 37,2%
	17	< 15,4%	15,4 - 34,7%	34,8 - 37,3%	≥ 37,4%
	18 - 39	< 21,0%	21,0 - 32,9%	33,0 - 38,9%	≥ 39,0%
	40 - 59	< 23,0%	23,0 - 33,9%	34,0 - 39,9%	≥ 40,0%
	60 - 80	< 24,0%	24,0 - 35,9%	36,0 - 41,9%	≥ 42,0%
	10	< 12,8%	12,8 - 27,9%	28,0 - 31,8%	≥ 31,9%
	11	< 12,6%	12,6 - 28,5%	28,6 - 32,6%	≥ 32,7%
	12	< 12,3%	12,3 - 28,2%	28,3 - 32,4%	≥ 32,5%
	13	< 11,6%	11,6 - 27,5%	27,6 - 31,3%	≥ 31,4%
	14	< 11,1%	11,1 - 26,4%	26,5 - 30,0%	≥ 30,1%
	15	< 10,8%	10,8 - 25,4%	25,5 - 28,7%	≥ 28,8%
	16	< 10,4%	10,4 - 24,7%	24,8 - 27,7%	≥ 27,8%
	17	< 10,1%	10,1 - 24,2%	24,3 - 26,8%	≥ 26,9%
	18 - 39	< 8,0%	8,0 - 19,9%	20,0 - 24,9%	≥ 25,0%
	40 - 59	< 11,0%	11,0 - 21,9%	22,0 - 27,9%	≥ 28,0%
	60 - 80	< 13,0%	13,0 - 24,9%	25,0 - 29,9%	≥ 30,0%

HD McCarthy et al, in the International Journal of Obesity, Vol. 30, 2006, and by Gallagher et al., American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, Sept. 2000, and classified into four levels by Omron Healthcare.

Procenat skeletnih mišića

	GODINE ŽIVOTA	nizak	normalan	visok	veoma visok
	18 - 39	< 24,3%	24,3 - 30,3%	30,4 - 35,3%	≥ 35,4%
	40 - 59	< 24,1%	24,1 - 30,1%	30,2 - 35,1%	≥ 35,2%
	60 - 80	< 23,9%	23,9 - 29,9%	30,0 - 34,9%	≥ 35,0%
	18 - 39	< 33,3%	33,3 - 39,3%	39,4 - 44,0%	≥ 44,1%
	40 - 59	< 33,1%	33,1 - 39,1%	39,2 - 43,8%	≥ 43,9%
	60 - 80	< 32,9%	32,9 - 38,9%	39,0 - 43,6%	≥ 43,7%


Prema podacima OMRON HEALTHCARE-a

ITM (Indeks telesne mase)


ITM	Klasifikacija (prema SZO)	
< 18,5	Pothranjenost	-
18,5 - 24,9	Normalna težina	0
25 - 29,9	Gojaznost	+
≥ 30	Ekstremna gojaznost	++

7.

Promena ličnih podataka




Brisanje ličnih podataka




8.

Samo merenje telesne mase



9.


Čišćenje*



*Obrišite uređaj mekom, suvom krpom. Nemojte brisati uređaj benzenom ili razređivačem. Ako je potrebno, upotrebite krpu natoplenu vodom ili deterdžentom koju ste dobro iscedili pre brisanja uređaja, a zatim osušite suvom krpom.

10.

Zamena baterija



11.

Princip izračunavanja sastava tela**Telesna masnoća ima nisku električnu provodljivost**

Uređaj BF214 meri procenat masnoće u telu metodom bioelektrične impedanse (BI). Mišići, krvni sudovi i kosti su tkiva sa velikim sadržajem vode koja dobro provodi elektricitet. Telesna masnoća je tkivo sa slabom električnom provodljivošću. Uređaj BF214 kroz vaše telo propušta izuzetno slabu električnu struju frekvencije 50 kHz i jačine manje od 500 μ A da bi utvrdio količinu masnog tkiva. Ova slaba električna struja se ne oseća prilikom upotrebe uređaja BF214. Da bi vaga odredila sastav tela, ona koristi električnu impedansu, koja zajedno sa podacima o vašoj visini, masi, godinama života i polu daje rezultate na osnovu OMRON-ovih podataka o sastavu tela.

Preporučeno vreme merenja

Tokom dana, voda u vašem telu se postepeno premešta u donje ekstremitete. Iz ovog razloga se često dešava da noge i zglobovi nateknu uveče ili noću. Odnos količine vode u gornjem i donjem delu tela je različit ujutru i uveče, što znači da će i električna impedansa tela varirati. Ako znate u koje doba dana se menjaju procenti masnoće u vašem telu, to će vam pomoći da dobijete precizne podatke o promeni količine ukupnog masnog tkiva. Preporučeno je da se uređaj koristi u istom okruženju i dnevnim okolnostima. Preporučujemo da merenja uvek vršite ujutru, kada ustanete iz kreveta, i sa praznom bešikom.

Izbegavajte merenje pod sledećim uslovima:

- Odmah nakon napornog vežbanja, posle kupanja ili boravka u sauni.
- Posle konzumiranja alkohola ili velike količine vode, posle jela (oko 2 sata)

Ako se merenje vrši pod ovim uslovima, dobijeni rezultat sastava tela se može značajno razlikovati od stvarnog usled promene sadržaja vode u telu.

Šta je ITM (indeks telesne mase)?

ITM koristi sledeći jednostavnu formulu za određivanje odnosa mase i visine osobe.

$ITM = \text{masa (kg)} / \text{visina (m)} / \text{visina (m)}$ ili $ITM = \text{masa (lb)} / \text{visina (in)} / \text{visina (in)} \times 703$

Uređaj OMRON BF214 koristi informacije o visini sačuvane u vašem ličnom profilu ili unete prilikom upotrebe režima rada „Guest“ (Gost) da bi izračunao vaš ITM.

Šta je procenat telesne masnoće?

Procenat telesne masnoće predstavlja odnos mase masnog tkiva i ukupne mase tela izražen u procentima: $\text{procenat telesne masnoće (\%)} = \{\text{Masa masnog tkiva (kg)} / \text{Masa tela (kg)}\} \times 100$

Šta su skeletni mišići?

Skeletni mišići se mogu uvećati vežbanjem ili drugim aktivnostima.

Povećanje udela skeletnih mišića znači da telo može lakše da troši energiju, što znači da neće doći do nagomilavanja masti, što omogućava vođenje zdravijeg života.

Razlog zašto se izračunati rezultati mogu razlikovati od stvarnog sastava tela.

Sastav tela izračunat ovim uređajem se može značajno razlikovati od stvarnog sastava tela u sledećim situacijama:

Starije osobe (iznad 81 godine) / Osobe sa povišenom telesnom temperaturom / Bodibilderi ili profesionalni sportisti / Pacijenti na dijalizi / Pacijenti sa osteoporozom koji imaju vrlo nisku gustinu kostiju / Trudnice / Osobe sa otocima

Ove razlike mogu biti vezane za promene u odnosu tečnosti u telu i/ili sastavu tela.

12.

 Napomene o bezbednosti

Molimo vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu da biste dobili više informacija o pojedinačnim funkcijama.

 Opasnost:

- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj zajedno sa sledećim medicinskim elektronskim uređajima.

- (1) Medicinskim elektronskim implantima kao što su pejsmejkeri.
- (2) Elektronskim sistemima za održavanje života kao što je veštačko srce/pluća.
- (3) Prenosnim elektronskim medicinskim uređajima kao što je elektrokardiograf.



- Ovaj uređaj može prouzrokovati kvar gore navedenih uređaja što predstavlja ozbiljan rizik za korisnike ovih uređaja.

 Upozorenje:

- Nikada nemojte početi terapiju smanjenja telesne mase ili vežbanja samo na osnovu svog mišljenja. Uvek se pridržavajte instrukcija koje ste dobili od lekara ili specijaliste.
- Nemojte koristiti uređaj na pločicama ili drugim površinama koje mogu biti klizave, kao što je mokar pod.
- Nemojte izlagati uređaj snažnim udarima, na primer drmati ga ili ispustiti ga na pod.
- Nemojte skakati na uređaj ili poskakivati po njemu.
- Nemojte koristiti uređaj posle kupanja ili kada su vam telo, ruke ili noge mokri.
- Nemojte stajati na ivicu uređaja.
- Nemojte dopustiti fizički hendikepiranim osobama da koriste ovaj uređaj bez pomoći. Prilikom stajanja na uređaj, pridržavajte se za držač ili neki sličan objekat.
- Ako je uređaj u kvaru, može da postane vruć.

Područja u kojima može da dođe do porasta temperature:

- (1) Oko područja pregrade za baterije: 105°C (maks.)
- (2) Elektrode i funkcijski tasteri: 48°C (maks.)

Ako se uređaj pokvari i ne funkcioniše, odmah prestanite da ga koristite. Nemojte koristiti elektrode niti dodirivati funkcijske tastere najmanje 10 minuta.

 Pažnja:

- Ovaj uređaj je predviđen samo za kućnu upotrebu. Nije predviđen za profesionalnu upotrebu u bolnicama ili drugim medicinskim ustanovama.
- Ovaj uređaj ne zadovoljava standarde neophodne za profesionalnu upotrebu.
- Na uređaj stanite bosi.
- Tokom merenja, uverite se da na rastojanju od 30 cm od uređaja nema mobilnih telefona niti drugih električnih uređaja koji emituju elektromagnetna polja. To može da dovede do nepravilnog rada aparata i/ili do netačnog očitavanja.
- Nemojte rastavljati, popravljati ili menjati uređaj.
- Nemojte koristiti baterije koje nisu predviđene za ovaj uređaj. Nemojte ubacivati baterije sa nepravilno okrenutim polaritetima.
- Stare baterije odmah zamenite novim.
- Izvadite baterije ukoliko uređaj nećete koristiti duži vremenski period (približno tri meseca ili duže).
- Nemojte zajedno koristiti baterije različite vrste.
- Nemojte zajedno koristiti nove i korišćene baterije.
- Uređaj držite van domašaja dece. Sadrži sitne delove koji mogu predstavljati rizik od gušenja ako ih progutaju deca.

Opšti saveti:

- Nemojte stavljati uređaj na meku podlogu kao što je tepih ili prostirka. Pravilno merenje može biti nemoguće.

- Nemojte gaziti po funkcijskim tasterima. To može dovesti do kvara.
- Uređaj nemojte ostavljati u prostoriji sa visokim procentom vlažnosti, gde se može pokvasiti, pod direktnu sunčevu svetlost, na mesto gde klima-uređaj direktno duva ili blizu vatre.
- Ovaj uređaj nemojte koristiti za druge namene osim merenja telesne mase i procenta telesne masnoće.
- Odlaganje uređaja i iskorišćenih baterija treba izvršiti u skladu sa državnim propisima za odlaganje elektronskih uređaja.
- Uređaj održavajte čistim pre upotrebe.
- Očistite vagu pre upotrebe u slučaju da ju je pre vas koristila osoba sa kožnim ili oboljenjima stopala.
- Nemojte prati uređaj vodom.
- Nemojte brisati uređaj benzenom ili razređivačem.
- Prilikom čišćenja uređaja, pazite da ne dodirnete tastere i promenite ili izbrišete lične podatke.
- Ukoliko uređaj skladištite u vertikalnom položaju, postavite ga tako da ne postoji mogućnost da padne.
- Nemojte skladištiti uređaj u sledećim uslovima:
 - Na mestu gde može ući voda.
 - Na veoma visokoj temperaturi ili vlažnosti, pod direktnom sunčevom svetlošću i na prašnjavim mestima.
 - Na mestima gde može doći do iznenadnog potresa ili vibracija.
 - Na mestima gde se skladište hemikalije ili gde ima korozivnih gasova.
- Nemojte stavljati predmete na uređaj ili ga ostavljati okrenutog naopačke.
- Bateriju koristite do isteka njenog preporučenog roka upotrebe.



Rešavanje problema

Poruka o grešci	Mogući uzrok	Rešenje
Err1	Sišli ste sa uređaja tokom merenja.	Nemojte silaziti sa uređaja dok se merenje ne završi.
	Vaše noge nisu pravilno postavljene na elektrode.	Uverite se da pravilno stojite na uređaju i probajte ponovo.
Err2	Položaj za merenje nije stabilan ili vaša stopala nisu pravilno postavljena.	Budite mirni i ne pomerajte se tokom merenja.
	Stopala su previše suva.	Blago ovlažite tabane mokrim peškirom i probajte ponovo.
Err5	Uređaj nije pravilno podešen.	Izvadite baterije. Sačekajte jedan minut. Ponovo stavite baterije. Pritisnite taster „ON-OFF-SET“ (UKLJUČIVANJE-ISKLJUČIVANJE-PODEŠAVANJE) i uključite uređaj. Ponovite merenje.
Err	Stali ste na uređaj pre nego što se na ekranu prikazalo 0,0 kg (0,0 lb).	Sačekajte da se na ekranu prikaže 0,0 kg (0,0 lb) pre nego što stanete na uređaj.
	Uređaj je pomeren pre nego što se na ekranu prikazalo 0,0 kg (0,0 lb).	Nemojte pomerati uređaj pre nego što se na ekranu prikaže 0,0 kg (0,0 lb).
	Kretanje tokom merenja.	Nemojte se pomerati dok se merenje ne završi.
	Vaša telesna masa je preko 150,0 kg (330,0 lb ili 23 st 8,0 lb).	Ovaj uređaj mogu koristiti samo osobe čija je telesna masa ispod 150,0 kg (330,0 lb ili 23 st 8,0 lb).

Tehnički podaci

Kategorija proizvoda	Aparati za analizu telesnog sastava
Opis proizvoda	Aparat za merenje telesnog sastava
Model (šifra)	BF214 (HBF-214-EBW)
Ekran	Telesna masa: od 2 do 150 kg sa podeocima od 0,1 kg / od 4,4 do 330,0 lb sa podeocima od 0,2 lb / od 4,4 lb do 23 st 8,0 lb sa podeocima od 0,2 lb Procenat telesne masnoće: od 5,0 do 60,0% sa podeocima od 0,1% Procenat skeletnih mišića: od 5,0 do 50,0% sa podeocima od 0,1% ITM: od 7,0 do 90,0 sa podeocima od 0,1 Klasifikacija ITM: - (Pothranjenost) / 0 (Normalna težina) / + (Gojaznost) / ++ (Ekstremna gojaznost) • Raspon godina života za ITM, klasifikaciju ITM i procenat telesne masnoće je od 10 do 80 godina. • Raspon godina života za procenat skeletnih mišića je od 18 do 80 godina.
Memorija	Poslednji (prethodni) rezultati merenja
Postavljanje ličnih podataka	Sledeći podaci za najviše četiri osobe mogu biti sačuvani. Visina: od 100,0 do 199,5 cm, od 3'4" do 6'6 3/4" (podeoci od 1/4") Godine života: od 10 do 80 godina Pol: Muški/Ženski
Preciznost merenja mase	od 2,0 kg do 40,0 kg: $\pm 0,4$ kg, od 40,0 kg do 150,0 kg: $\pm 1\%$ / od 4,4 lb do 88,2 lb: $\pm 0,88$ lb, od 88,2 lb do 330,0 lb: $\pm 1\%$ / od 4,4 lb do 6 st 4,2 lb: $\pm 0,88$ lb, od 6 st 4,2 lb do 23 st 8,0 lb: $\pm 1\%$
Preciznost (standardna greška procene)	Procenat telesne masnoće: 3,5%, Procenat skeletnih mišića: 3,5%
Rok trajanja	5 godina
Izvor napajanja	4 AAA baterije (R03) (Mogu se koristiti i AAA alkalne baterije (LR03).)
Trajanje baterija	Približno jedna godina (sa AAA manganskim baterijama, uz četiri merenja dnevno, na temperaturi okoline od 23°C.)
Radna temperatura/vlažnost / vazdušni pritisak	+10 do 40°C / od 30 do 85% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) / od 700 do 1.060 hPa
Temperatura / vlažnost/vazdušni pritisak prilikom skladištenja i transporta	od -20 do 60°C / od 10 do 95% relativne vlažnosti (bez kondenzacije) / od 700 do 1.060 hPa
Zaštita od električnog udara	ME oprema sa internim napajanjem
Primenjeni deo	Tip BF (elektrode za stopala)
IP klasifikacija	IP21

* IP klasifikacija predstavlja stepen zaštite obezbeđen standardom EC 60529. Ovaj uređaj je zaštićen od čvrstih stranih tela prečnika 12,5 mm, kao na primer prstiju i većih. Ovaj uređaj je zaštićen od prodora kapljica vode koje padaju vertikalno.

Masa	Približno 1,6 kg (uključujući baterije)
Spoljne dimenzije	Približno 285 (Š) × 28 (V) × 280 (D) mm
Sadržaj pakovanja	Aparat za merenje telesnog sastava, 4 AAA manganske baterije (R03), uputstvo za upotrebu

Napomena: Podleže tehničkim izmenama bez prethodnog obaveštenja.

CE 0197

Ovaj uređaj ispunjava odredbe direktive Evropske zajednice 93/42/EEZ (Direktiva o medicinskim uređajima).

Opis simbola koji, u zavisnosti od modela, mogu da se nađu na samom proizvodu, ambalaži proizvoda ili u uputstvu za upotrebu

	Primenjeni deo - tip BF Stepen zaštite od električnog udara (struja curenja)		Serijski broj
IP XX	Stepen zaptivenosti u skladu sa IEC 60529		Temperaturna granica
	CE oznaka		Ograničenje vlažnosti
	GOST-R simbol		Ograničenje atmosferskog pritiska
	Simbol usaglašenosti za Evroaziju		Jednosmerna struja
	Korisnik treba da pogleda uputstvo za upotrebu		Ovaj proizvod ne bi trebalo da koriste osobe koje imaju medicinske implantate, npr. srčane pejsmekkere, veštačko srce, pluća ili druge sisteme održavanja života.

Datum proizvodnje proizvoda je sadržan u serijskom broju, koji se nalazi na nalepnici sa tehničkim podacima i ambalaži: prve 4 cifre označavaju godinu proizvodnje, a sledeće 2 cifre mesec proizvodnje.

Važne informacije u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću (EMK)

Ovaj uređaj proizveden od strane kompanije OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. je u skladu sa standardom elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) EN60601-1-2:2015. Dodatna dokumentacija u skladu sa ovim EMK standardom je dostupna kod kompanije OMRON HEALTHCARE EUROPE na adresi pomenutoj u ovom priručniku sa uputstvima ili na www.omron-healthcare.com

Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Električna i elektronska oprema za otpad)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj dokumentaciji ukazuje na to da ga na kraju radnog veka ne treba odlagati sa drugim kućnim otpadom. Da biste sprečili moguće nanošenje štete životnoj sredini ili ljudskom zdravlju usled nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo Vas da odvojite ovaj proizvod od ostalih vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste potpomogli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici aparata u kućnom okruženju treba da se obrate prodavcu od kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj službi da bi saznali detalje o tome gde i kako mogu da vrate ovaj artikal na reciklažu koja je bezbedna po životnu sredinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere odredbe i uslove ugovora o kupovini. Ovaj proizvod ne treba mešati s drugim komercijalnim otpadom namenjenim za uklanjanje.



Proizvođač 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
Predstavnik u EU EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDIJA www.omron-healthcare.com
Proizvodni pogon	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. Krell Precision (Yangzhou) Co., Ltd.No.28, Xingyang Road, Economic Development Zone, Yangzhou, Jiangsu 225009, KINA
Podružnice	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, NEMAČKA www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCUSKA www.omron-healthcare.com
Ovlašćeni predstavnik proizvođača	PRIZMA Kragujevac doo Kumanovska 8, 34000 Kragujevac, SRBIJA www.prizma.rs
Broj rešenja ALIMIS Srbije	515-02-03226-19-002 od 13.11.2019

Proizvedeno u Kini

Beleške



CE 0197

PRIZMA Kragujevac d.o.o.

Kragujevac, Kumanovska 8

Telefon: +381 (34) 330 200; Faks: -381 (34) 336 147

E-mail: prizma@prizma.rs



Prizma – prodavnice:

Beograd	• Pop Lukina 12	+381 (11) 32 86 555
	• Požeška 80	+381 (11) 655 08 87
	• Takovska 18	+381 (11) 655 08 88
	• Terazije 35	+381 (11) 655 08 89
Zemun	• Gospodska 11	+381 (11) 655 87 13
Kragujevac	• Kumanovska 8	+381 (34) 330 200
	• Dr Zorana Đinđića 9	+381 (34) 353 967
	• Kralja Aleksandra I Karađorđevića 58	+381 (34) 356 890
Novi Sad	• Šafarikova 9	+381 (21) 66 10 718
Subotica	• Matka Vukovića 5	+381 (24) 522 920
Niš	• Vožda Karađorđa 10	+381 (18) 255 770
Čačak	• Kuželjeva 25	+381 (32) 515 02 01
Kraljevo	• Cara Lazara 46	+381 (36) 334 500

Bosna i Hercegovina – PRIZMA BL d.o.o:

Banja Luka	• Braće Mažar i majke Marije 18	+387 (51) 212 437
------------	---------------------------------	-------------------

Crna Gora – NATIVA d.o.o:

Kotor	• Dobrota bb	+382 (32) 330 835
-------	--------------	-------------------